

## INCIDENTEN WEESBRONNEN IN 2014

### NATIONALE INCIDENTEN

1. 14 juni 2014 werd bij een afvalsorteerbedrijf te Sint-Niklaas een intacte pacemaker gevonden die een Pu-238-batterij bevatte. Na onderzoek kon de firma die de pacemaker destijds geproduceerd had geïdentificeerd worden. De pacemakers met een Pu-238-batterij werden geproduceerd tussen 1973 en 1978 en zouden wereldwijd zijn ingeplant bij een duizendtal patiënten (voor meer informatie zie website).  
Met de betrokkenen werd een actieve samenwerking opgezet om gelijkaardige situaties in de toekomst beter te beheren. Het is dankzij de waakzaamheid en het correcte optreden van het afvalsorteerbedrijf dat deze pacemaker werd ontdekt en op gepaste wijze kon worden afgevoerd.
2. Op 18 december 2014 werd bij een stort in een lading asbestafval een Ra-bron gedetecteerd. Wegens de aard van de lading, kon de isolatie van de radioactieve bron niet onmiddellijk plaatsvinden. Overleg tussen een gespecialiseerde firma en de erkende deskundige was vereist. Uiteindelijk bleek het om bliksemafleider te gaan.